



废水污染源自动监测设备比对 监测报告


企业名称:

山东威特化工有限公司

二维码:

2025-01-07 09:11:11

中博华创



企业名称:	山东威特化工有限公司		
水污染源在线监测系统安装位置:	DW001 污水总排口		
生产厂家:	山东龙发环保科技有限公司	山东龙发环保科技有限公司	安徽革凯环境技术有限公司

设备名称:	COD _{Cr} :LFH2001	型号:	3-N:LFH2013	品牌:	上海波明测运水流量
原理:	重铬酸钾氧化分光光度法		纳氏试剂分光光度法		计:Flowlyzer1220 型
比对监测日期:			2025.02.26		超声波回声测距法
二、依据					

(1) HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》

(6) HJ/T 91.1-2019《污水监测技术规范》(6.6.2), 流量测量。

比对试验总数应不少于 3 对, 其中 1 对为 1 个样本的比对试验, 另外 2 对为 2 个样本的比对试验。

项目名称	化学需氧量(COD _{Cr})
检测方法	重铬酸钾法(GB11914-89)
检测原理	在强酸性溶液中,一定量的重铬酸钾氧化水中还原性物质,以二价铬的生成量来表示水样中被氧化还原性物质的量。
检测范围	5~700mg/L
检测精度	≤30mg/L 时,相对误差是不超过±5%; 30~60mg/L 时,相对误差是不超过±3%。

四、工况

2025 年 2 月 26 日, 当天生产工况达 90%, 比对检测时段内氨氮水样浓度 $\leq 2\text{mg/L}$, 用浓度为 100mg/L 的标准品代替实际水样进行测定, 工况正常、稳定。

五、结果


废水污染源自动监测设备比对监测结果表

		标准品名称	标准品浓度	标准品批号	浓度范围	结果判定
QC-COD _{Cr} -1	09: 43	508.064	1.61	N24030410	5000	合格

氨氮(COD_{Cr}) 经过比对合格。

废水污染源自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.02.26
测点名称	LDW001污水总排口	分析日期	2025.02.26



废水污染源自动监测设备名称

自动仪器	超声波回声测距法	超声波明渠污水流量计	Flowlyzer1220 型	出厂编号	检测限
试验仪器	超声波	便携式明渠流量计	PH-2000 型	CRED1036	0.032m³/s
				XY200245011	

设备型号: 超声波

日期: 2023-3-3

注 意 事 项

- 1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。
- 4.不可重复性试验不进行复检。
- 5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。
- 6.未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。
- 8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区五路1号1幢403室

邮政编码：257000

联系电话：18678675114